

№ ON-500

PEF ON-600



채취 주의사항:

타액 샘플을 채취하기 전 30분 동안은 음식과 물을 섭취하지 마시고 흡연을 하거나 껌을 씹지 마십시오.

깔때기 뚜껑에서 플라스틱 필름을 떼지 마십시오. 타액이 튜브 위쪽 선을 넘지 않게 하십시오 (그림 1).

사용 용도: 타액 샘플로부터 인간 DNA 채취용.

내용물: 키트에는 안정액이 들어있습니다.

경고 및 사용상 주의사항: 안정액이 눈이나 피부에 닿았다면 물로 씻어냅니다. 섭취하지 마십시오. www.dnagenotek.com에서 MSDS를 착조하십시오.

작은 뚜껑은 질식 위험을 유발할 수 있습니다.

보관: 15℃ 1 30℃

키트 요약 및 설명:

Oragene•ONE은 타액 검체를 채취하고 안정화시키는 물질과 지침을 제공하는 자가 채취 키트입니다.

라벨 기호 표시:

제품 설명서를 참조하십시오 Ξi 타액 채취자(사용자) 생체 외 진단용 의료기기 ND

카탈로그 번호 REF CE 마크 C€

주의, 사용 설명서 참조 Λ

15°C∤30°C 보관 지침 승인된 담당자 EC REP 제조사 LOT 로트 번호

사용 지침

채취 전 모든 지침을 숙지하십시오

절차:

대부분의 경우 1~5단계에 따라 타액 샘플을 수집하는데 2~5분이 걸립니다.




깔때기에 소량의 침을 뱉습니다. 튜브의 바닥 면을 부드럽게 톡톡 두드리면 타액이 튜브로 들어갑니다. 그림 #1과 같이 (거품이 아닌) 타액이 선 사이에 있는지 확인하십시오



튜브를 똑바로 하여 한 손으로 잡습니다. 다른 손으로 (그림과 같이) 깔때기 뚜껑을 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 눌러 뚜껑을 닫습니다. 뚜껑에 있는 염색액이 튜브로 방출되어 타액과 섞입니다. 뚜껑이 단단히 닫혔는지 확인하십시오.



튜브를 잡고 똑바로 세웁니다. 튜브에서 깔때기를 풉니다.



작은 뚜껑으로 튜브를 단단히 닫습니다.



뚜껑을 닫은 튜브를 5초간 흔듭니다. 5 부성을 걷는 ㅠㅡㅌ vㅡ ... 깔때기는 버리거나 재활용합니다.

(E ND

생체 외 진단용

DNA genotek _____

캐나다 제조 ■ DNA Genotek Inc. 3000 - 500 Palladium Drive Ottawa, ON, Canada K2V 1C2 우수한 검체 입증된 성능

팩스: +1.613.723.5057 info@dnagenotek.com www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®•ONE은 미국에서 판매하지 않습니다

*Oragene은 DNA Genotek Inc.의 등록상표입니다. 일부 DNA Genotek 제품의 경우 제공되지 않는 지역이 있을 수 있으므로, 자세한 정보는 해당 지역 영업 담당자에게 연락하십시오

모든 DNA Genotek 프로토콜, 백서 및 응용 노트는 당사 웹사이트 www.dnagenotek.com 고객지원 섹션에서 찾을 수 있습니다.

특허 (www.dnagenotek.com/legalnotices) © 2019 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies, Inc.의 자회사, 판권 소유. PD-PR-00860 (KO - Korean) Issue 1/2019-01